

型式：TRL-101Le

■10°C/20°C 温度安定度・分布

TRL-101Leの設定温度を+20°Cに設定し、下図の①～⑨の測定位置で 各々10分間 温度を計測した結果です。結果につきましては 弊社内で無負荷状態で測定したもので お客様の使用条件によっては 同じ結果にならない場合がございます。

+10°C 温度分布 ±0.01°C

| 測定位置 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ①～⑨ |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|
| 最大値 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 9.84 | 9.83 | 9.83 | 9.84 | 9.85 |
| 最小値 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.83 | 9.83 | 9.82 | 9.82 | 9.81 | 9.82 | 9.83 |
| 温度差 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 温度安定度 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.010 | ±0.010 | ±0.010 | ±0.005 | ±0.010 | ±0.01 | |

+20°C 温度分布 ±0.01°C

| 測定位置 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ①～⑨ |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 最大値 | 19.79 | 19.79 | 19.80 | 19.80 | 19.79 | 19.79 | 19.79 | 19.79 | 19.79 | 19.80 |
| 最小値 | 19.78 | 19.78 | 19.79 | 19.79 | 19.78 | 19.78 | 19.77 | 19.78 | 19.78 | 19.78 |
| 温度差 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 温度安定度 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.010 | ±0.005 | ±0.005 | |

